WeightTel™ *Pro*

Benutzerhandbuch

User Manual

BodyTel™

The Telehealth Company

Soehnle Professional GmbH & Co. KG
Manfred-von-Ardenne-Allee 12
71522 Backnang
Germany

Vertrieb/Sales
BodyTel Europe GmbH
Hufelandstrasse 14
34537 Bad Wildungen
Germany

Copyright ©November 2011 BodyTel Europe GmbH, alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt darf ohne schriftliche Genehmigung von BodyTel Europe GmbH weder vervielfältigt noch veröffentlicht werden.
BodyTel™, GlucoTel™, WeightTel™ und PressureTel™ sind eingetragene Warenzeichen der BodyTel™ Europe GmbH.

Copyright ©November 2011 BodyTel Europe GmbH, all rights reserved.
No part of this manual may be reproduced or published in any form without the prior written consent of BodyTel Europe GmbH.
BodyTel™, GlucoTel™, WeightTel™ and PressureTel™ are registered trademarks of BodyTel™ Europe GmbH.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by BodyTel Europe GmbH under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

Android™ is a trademark of Google Inc. All rights reserved.

Inhaltsverzeichnis

1. Funktionselemente 2

2. Allgemeines 3
2.1 Vorbemerkungen 3
2.2 Lieferumfang 3
2.3 CE-Zeichen 3
2.4 Klassifizierung 3
2.5 Erklärung des Herstellers 3

3. Einführung 5
3.1 Allgemeine Informationen zum Thema Gewicht 5
3.2 Zweckbestimmung 5

4. Bedienung des Gerätes 6
4.1. Die WeightTel Pro mit Strom versorgen 8
4.2 Einrichten des BodyTel Benutzerkontos 7
4.3 Installieren der BodyTel Mobile Software 8
4.4 Koppeln von WeightTel Pro 9
4.5 Aufstellen der WeightTel Pro-Körperwaage 10
4.6 Gewichtsmessung mit WeightTel Pro 10
4.7 Übertragen der Messwerte 11
4.8 Erklärung der Anzeigen 12

5. Wichtige Hinweise 13
5.1. Vorsichtsmaßnahmen und wichtige Hinweise 13

6. Fehlerbeschreibung und –behebung 14
6.1 Fehlermeldungen 14

7. Wartung und Pflege 15
7.1. Reinigung 15
7.2. Störungen durch äußere Einflüsse 15
7.3. Entsorgung 15
7.4. Wartung 15

8. Gewährleistung und Reparatur 16
8.1 Gewährleistung 16
8.2 Reparatur 16

9. Technische Daten 17
9.1. Datenblatt 17
9.2. Typenschild 17

10. EMV-Leitlinien und Konformitätserklärung des Herstellers 18

1 Funktionselemente



1. LED-Display mit 15 mm hohen Ziffern
2. Wägeplattform 485 x 364 mm mit rutschfestem Belag
3. Bluetooth®-Schnittstelle
4. Netzteil-Anschluss (siehe Kap. 4.1)
5. Funktionstaste (Tarieren und Bluetooth®-Pairing)
6. Libelle zur Nivellierung der Waage
7. Bluetooth® Status-LED

2 Allgemeines

2.1 Vorbemerkungen

Durch die in das WeightTel Pro integrierte Autofeedback-Logik können Sie eine erstklassige und komfortable Gewichtsmessung vornehmen.

Gemessene Werte können über ein kompatibles Smartphone oder Home Gateway automatisch in das persönliche Tagebuch des BodyTel Center (www.bodytel.com) übertragen werden.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und stehen Ihnen in Service- und Produktfragen telefonisch oder per E-Mail gerne zur Verfügung:
Weitere Infos: www.bodytel.com
Kostenlose Service-Hotline: 0800-BODYTEL (0800 – 2639835), Mo.-Fr. 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr, oder per E-Mail an support@bodytel.com

2.2 Lieferumfang

1. WeightTel Pro Körperwaage
2. Bedienungsanleitung
3. Netzteil
4. Gewährleistungskarte

2.3 CE-Zeichen

WeightTel Pro entspricht den geltenden Anforderungen der EG-Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/23/EC und 93/42/EWG (2007/47/EC). Als sichtbares Zeichen hierfür tragen die Geräte das CE-Zeichen.

2.4 Klassifizierung

WeightTel Pro ist folgendermaßen klassifiziert:

- aktives Medizinprodukt der Klasse I mit Messfunktion
- Medizinprodukt ist ein Anwendungsteil Typ B
- Elektr. Schutzklasse II (schutzisoliert, kein Schutzleiteranschluss)

2.5 Erklärung des Herstellers

Hersteller: Soehnle Professional GmbH & Co. KG
Manfred-von-Ardenne-Allee 12
D-71522 Backnang

2 Allgemeines

Die Soehnle Professional GmbH & Co. KG erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit der Typenbezeichnung MEDISCALE EICHFÄHIG, Produktnummer 7732, den einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/23/EC und 93/42/EWG (2007/47/EC) entspricht.

Backnang, Mai 2012 Jahr, Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Anmerkung
Die BodyTel Europe GmbH bringt das Produkt MEDISCALE EICHFÄHIG unter dem Namen WeightTel Pro in Verkehr.

Messgenauigkeit
Das Gerät besitzt eine Messgenauigkeit von e=d=50/100g

Kompatibilität und Kosten
WeightTel Pro kann nur mit kompatiblen Smartphones oder dem Home Gateway verwendet werden. Eine Übersicht kompatibler Geräte finden Sie unter www.bodytel.com.

Zur Übertragung der Ergebnisse und Tagebucheintragungen benötigen Sie entweder einen Internetzugang über ein W-LAN oder einen Mobilfunktarif mit einer Option für das mobile Internet. Bitte informieren Sie sich in diesem Fall bei Ihrem Mobilfunkanbieter über mögliche Kosten.

3 Einführung

3.1 Allgemeine Informationen zum Thema Gewicht

- Das Körpergewicht bezeichnet die physikalische Masse eines Menschen und wird üblicherweise in Kilogramm (kg) angegeben.
- Es gibt keinen medizinischen Konsens, was das Normalgewicht oder Idealgewicht eines Menschen sein sollte.
- Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Untergewicht mit einem BMI (Body Mass-Index) von weniger als 18,5. Untergewicht führt zu einer mangelhaften Versorgung des Körpers mit Eiweiß, Fetten und Kohlenhydraten sowie Vitaminen und Mineralstoffen. Haut und Haar verändern sich, die Knochen können entkalken und die Muskeln schwinden. Außerdem können einige Organe ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen, weil Nährstoffe fehlen.
- Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Übergewicht wie folgt: Präadipositas bei einem BMI von 25-29,9; Adipositas Grad I bei einem BMI von 30-34,9; Adipositas Grad II bei einem BMI von 35-39,9; Adipositas Grad III bei einem BMI von >40. Übergewicht gilt als Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen (zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes mellitus). Regelmäßige Bewegung und mäßiges Essen (vor allem wenig Fett und wenig Kohlenhydrate) können helfen, das Körpergewicht zu senken.
- Regelmäßige Körpergewichtsmessungen helfen Ihnen, Ihr Gewicht zu kontrollieren und Ihren Lebensstil bewusst gesünder zu gestalten.
- Wenn Ihr Gewicht ein Risikofaktor ist, gestatten Sie Ihrem Arzt Zugriff auf Ihr Online-Patiententagebuch oder bringen Sie Ihrem Arzt einen Ausdruck Ihres Online-Tagesbuchs mit, falls der Arzt nicht über einen Internetanschluss verfügt. Er bekommt so einen besseren Überblick über den Verlauf Ihres Körpergewichts. Damit unterstützen Sie den Arzt in der Therapiekontrolle.

3.2 Zweckbestimmung

WeightTel Pro ist für das Wiegen von Patienten konzipiert. Diese Waage ist für den eichpflichtigen Verkehr vorgesehen. Das Produkt richtet sich zudem an Privatanwender, die auf eine hohe Messgenauigkeit angewiesen sind.

4 Bedienung des Gerätes

4.1 Die WeightTel Pro mit Strom versorgen

WeightTel Pro muss für den Betrieb an das Stromnetz angeschlossen werden. Bitte stecken Sie das Kabel des mitgelieferten Steckernetzteils an der Rückseite der Waage ein.

Abb. 1: Stecken Sie das Kabel des mitgelieferten Netzteils auf der Rückseite der Waage ein.

Nach dem Einstecken zeigt die Waage für ca. 2 Sekunden den Eichzählerstand (siehe Abb. 2) an. Die Zahl gibt Auskunft darüber, wie oft eine Waage kalibriert wurde. Der gespeicherte Zählerstand muss mit dem durch eine Klebemarke gesicherten Eichzählerschild übereinstimmen. Mehr Informationen dazu finden Sie in Kapitel 5 „Wichtige Hinweise".

Abb. 2: Der Eichzählerstand zeigt die Anzahl der Eichvorgänge an.

Achtung! Zur sofortigen Messwertübertragung in Ihr Online-Tagebuch muss sich Ihr Smartphone oder Home Gateway mit aktivierter Bluetooth®-Schnittstelle und geöffneter BodyTel Mobile-Applikation in der Nähe der WeightTel Pro-Waage befinden (max. 10 Meter Luftlinie).

Unterstützung erhalten Sie unter der kostenlosen Support-Hotline 0800 – 2639835.

4 Bedienung des Gerätes

4.2 Einrichten des BodyTel Benutzerkontos

Um die telemedizinischen Geräte der Firma BodyTel nutzen zu können, müssen Sie unter www.bodytel.com ein persönliches Benutzerkonto eröffnen. Auf diese Weise können Sie die mit der WeightTel Pro-Körperwaage gemessenen Werte vollautomatisch in Ihr persönliches Tagebuch übermitteln. Die Einrichtung des Benutzerkontos ist einfach und kostenlos. Sie benötigen:

1. ***Einen Computer mit Internetanschluss***
2. ***Eine gültige E-Mail-Adresse*** (z. B. max.mustermann@anbieter.de)

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Öffnen Sie den Browser und geben Sie in der Adresszeile die Webadresse http://www.bodytel.com ein.
2. Klicken Sie auf den Link „Benutzerkonto erstellen". Der Link befindet sich am oberen rechten Rand unter den Anmeldefeldern für bereits registrierte Nutzer.
3. Geben Sie in der folgenden Ansicht Ihre E-Mail-Adresse in das vorgesehene Feld ein. Klicken Sie dann auf „Registrieren".
4. Sie erhalten von BodyTel eine Bestätigungsmail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Je nach Mailanbieter kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.
5. Öffnen Sie die E-Mail von server@bodytel.com mit dem Betreff „Email-Bestätigungs-Anfrage von www.bodytel.com".

Achtung! Bitte überprüfen Sie, ob die Bestätigungsmail irrtümlich als unerwünschte Werbung bzw. Spam eingestuft wurde und in den entsprechenden Ordner verschoben wurde. Sollten Sie nach ca. 30 Minuten Wartezeit keine E-Mail von BodyTel in Ihrem Postfach finden wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 5. Bleibt dies ebenfalls erfolglos, kontaktieren Sie unsere kostenlose Service-Hotline: 0800 – 2639835 (Mo.-Fr. 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr).

6. Klicken Sie in der E-Mail auf den Link, der mit „https://secure.bodytel.com/de/optinconfirm/" beginnt.
7. Im Browser öffnet sich eine Seite, die Sie mit den Worten „Willkommen zu Ihrem ersten Besuch in Ihrem BodyTel Center." begrüßt. Bestätigen Sie, dass sie die Datenschutz-erklärung und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von BodyTel zur Kenntnis genommen haben, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen anklicken. Klicken Sie dann auf „Nächster Schritt".
8. Füllen Sie alle mit einem „*" gekennzeichneten Felder aus (Geschlecht, Vorname, Name). Wählen Sie ein persönliches Passwort. Klicken Sie dann auf „Nächster Schritt".

9. Tragen Sie weitere Angaben in die vorgesehenen Felder ein und klicken Sie auf „Nächster Schritt".
10. Bitte überprüfen Sie die angezeigten Maßeinheiten. Üblicherweise sollten die Einheiten so gewählt sein: Metrisches System, mg/dl, BE, 24 Std. Anzeige, Europäisch.
11. In Schritt 5 wird Ihnen eine Zusammenfassung Ihrer eingetragenen Daten angezeigt. Ist alles in Ordnung, klicken Sie auf „Fertig".
12. Die Daten werden gespeichert und Sie erreichen die persönliche Startseite „My BodyTel", indem Sie auf den Link „My BodyTel" klicken. Diese Seite erscheint auch, wenn Sie sich auf http://www.bodytel.com einloggen.

4.3 Installieren der BodyTel Mobile Software

Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon (Smartphone) oder Home Gateway und achten Sie darauf, dass die Bluetooth®-Sichtbarkeit auf „Für alle sichtbar" steht. Sie haben nun zwei Möglichkeiten BodyTel Mobile herunterzuladen:

Option 1:

1. Öffnen Sie den Internetbrowser Ihres Mobiltelefons oder Home Gateways und geben http://mobile.bodytel.com ein.
2. Auf der im Browser erscheinenden BodyTel-Seite wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
3. Bestätigen Sie die Datenschutzerklärung sowie die AGBs, indem Sie die entsprechenden Auswahlkästchen anklicken. Klicken Sie dann auf „Fortfahren".
4. Wählen Sie nun die für Ihr Gerät passende Softwareversion aus und bestätigen Sie alle Download- und Installationsanfragen.
5. Die Software wird nun heruntergeladen. Folgen Sie danach den Schritten auf dem Display Ihres Mobiltelefons oder Home Gateways.

Option 2:

besuchen Sie den Store Ihres jeweiligen Plattformanbieters (z.B. Nokia Ovi Store oder den Google Play Store) und laden Sie sich dort die App „BodyTel Mobile" herunter.

Befolgen Sie dazu die Schritte auf dem Display Ihres Mobiltelefons oder Home Gateways.

Weitere Informationen finden Sie in der Wissensdatenbank unter **http://www.bodytel-knowledgebase.com/DE/**.

4 Gebrauchsanleitung

4.4 Koppeln von WeightTel Pro

1. Starten Sie die BodyTel Mobile-Applikation auf Ihrem Mobiltelefon (Smartphone) oder Home Gateway.

2. Geben Sie die Zugangsdaten für Ihr BodyTel-Benutzerkonto in die entsprechenden Felder in der BodyTel Mobile-Applikation ein.

3. Nach dem Start der BodyTel Mobile-Applikation erscheint die Frage, ob Sie ein BodyTel-Gerät koppeln möchten. Bestätigen Sie diese Anfrage bitte mit „**Ja**".

4. Wählen Sie nun aus der Liste das **WeightTel Pro** aus.

Hinweis: Ihr Mobiltelefon oder Home Gateway sollte sehr nahe an die WeightTel Pro-Körperwaage gehalten werden, da das WeightTel Pro das Gerät mit dem stärksten Bluetooth®-Signal erkennt. Achten Sie darauf, dass sich während des Abgleichvorgangs keine anderen Bluetooth®-fähigen Geräte (Mobiltelefone, Computer, etc.) in der Nähe befinden!

5. Drücken Sie die Pairing-Taste (auf der Unterseite des Gewichtsdisplays) solange, bis die Waage „COP" im Display anzeigt. Gleichzeitig beginnt die Bluetooth®-Status-LED zu blinken. Die Waage sucht nun nach dem stärksten Bluetooth®-Gerät in der Umgebung. Wenn die Waage die Gegenstelle gefunden hat, leuchtet die blaue LED konstant.

Hinweis: Sollten Sie die Pairing-Taste während des Verbindungsaufbaus erneut drücken, wird der Suchvorgang abgebrochen. Um einen weiteren Verbindungsversuch zu starten, befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Punkt 5.

6. Bestätigen Sie alle eventuell auf dem Display Ihres Mobiltelefons oder Home Gateways erscheinenden Verbindungsanfragen.

7. Jetzt fragt Ihr Mobiltelefon oder Home Gateway nach einem Bluetooth®-Passwort. Geben Sie „**9676**" ein. Die Status-LED auf der WeightTel Pro blinkt bei erfolgreichem Verbindungsaufbau zweimal kurz auf und das Display zeigt „PAI".

4.5 Aufstellen der WeightTel Pro - Körperwaage

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur ordnungsgemäßen Aufstellung Ihrer WeightTel Pro Körperwaage, bevor Sie die erste Gewichtsmessung durchführen:

- Die Waage muss immer auf einem ebenen, festen und rutschhemmenden Untergrund aufgestellt werden (siehe Abb. 3).
- Sollte das Gerät nicht waagerecht stehen (nicht auf Teppichen), ist keine korrekte Messung möglich. Mithilfe der am Gerät angebrachten Libelle (Wasserwaage) kann das Gerät präzise nivelliert werden.



4.6 Gewichtsmessung mit WeightTel Pro

Hinweis: Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zur Körpergewicht und Gewichtsreduktion in Kapitel 3 „Einführung".

Tarieren

Mit der Tara-Funktionstaste (siehe Abb. 4) an der Rückseite der Anzeige kann die Waage tariert werden. Drücken Sie die Taste kurz, in der Anzeige erscheint der Wert „0,0 kg". Danach ist die Waage wiegebereit. Wenn Sie den Tara-Speicher wieder löschen möchten, drücken Sie erneut die Funktionstaste.



Abb. 4: Die Tara-Funktionstaste

4 Gebrauchsanleitung

Wägevorgang
Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Trittfläche der Körperwaage. Verändern Sie Ihre Position nicht, bis im Display eine Gewichtsanzeige erscheint. Falls Sie die Trittfläche vorher verlassen, schaltet sich WeightTel Pro automatisch ab.



Möchten Sie das Messergebnis über Ihr Mobiltelefon (Smartphone) oder Home Gateway in Ihr Patiententagebuch auf www.bodytel.de übertragen, bleiben Sie einige Sekunden, nachdem sich die Gewichtsanzeige stabilisiert hat, auf der Waage stehen. Befolgen Sie dann die Anweisungen im Kapitel 4.8 „Übertragen der Messwerte". Sollten Sie keine Übertragung wünschen, verlassen Sie die Trittfläche.
Die Waage schaltet sich nach ca. 15 Sekunden automatisch ab.

4.7 Übertragen der Messwerte

Bei der Datenübermittlung wird ein Messwert über Ihr Smartphone oder Home Gateway in das Patiententagebuch auf www.bodytel.com übertragen.

Wenn Daten über Bluetooth® verschickt werden, blinkt die blaue Bluetooth®-Status-LED an Ihrer Waage. Nach erfolgreicher Datenübertragung leuchtet die LED konstant für 5 Sekunden, danach zeigt das Gerät wieder „0,0 kg". Sollte die Übertragung fehlgeschlagen sein, schaltet sich die LED ab und die Waage zeigt einen Fehlercode an (siehe Kapitel 6 „Fehlerbeschreibung und -behebung").

Achtung: Um Daten vom WeightTel Pro zu übertragen, muss die BodyTel Mobile - Applikation auf Ihrem Mobiltelefon oder Home Gateway geöffnet und Bluetooth® aktiviert sein.

4.8 Erklärung der Anzeigen

Display	*LED*	*Bedienung/Situation*
Bluetooth®-Kopplung:		
COP	blinkt schnell	Bluetooth®-Kopplungsversuch
PAI	leuchtet konstant	Stärkster Bluetooth®-Verbindungspartner erkannt
PAI	blinkt 2x kurz	Bluetooth®-Kopplung erfolgreich
Gewichtsmessung:		
Zahlenanzeige ohne Maßeinheit	aus	Beginn der Gewichtsmessung
Zahlenanzeige + Maßeinheit (kg/lb)	aus	Gewichtsmessung erfolgreich
Bluetooth®-Datenübertragung:		
Zahlenanzeige + Maßeinheit (kg/lb)	blinkt langsam	Beginn der Bluetooth®-Datenübertragung
Zahlenanzeige + Maßeinheit (kg/lb)	leuchtet konstant	Bluetooth®-Datenübertragung erfolgreich
Abwechselnd „rEtrY“ und „1“	blinkt langsam	Erster Neuversuch der Bluetooth®-Datenübertragung
Abwechselnd „rEtrY“ und „2“	blinkt langsam	Zweiter Neuversuch der Bluetooth®-Datenübertragung
noPAI	aus	Datenübertragung fehlgeschlagen, da Kopplungspartner fehlt
Fehlermeldungen:		
„Err“ + Fehlercode	aus	Siehe Kap. 6 „Fehlerbeschreibung und -behebung“
lo	aus	Batterien auswechseln (siehe Kap. 4.2 „Legen Sie die Batterien des WeightTel ein“)
overload	aus	Die maximale Gewichtszuladung (220 kg) ist überschritten.

5 Wichtige Hinweise

5.1 Vorsichtsmaßnahmen und wichtige Hinweise

Beachten Sie!
Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Hinweise für die Installation, die bestimmungsgemäße Verwendung und die Wartung des Gerätes.

- Ein Einsatz in kritischen Umgebungen ist nicht vorgesehen (CT, Defibrillator).
- Die Waage ist nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen einsetzbar.
- Die Waage muss so aufgestellt werden, dass die Trennung vom Netz und der Waage einfach bewerkstelligt werden kann (Zugänglichkeit der Steckdose sicherstellen).
- Die Waage darf von unten nicht nass werden.
- Beim Versetzen die Waage anheben, nicht auf dem Boden ziehen. Anschließend Nivellierung prüfen und ggf. anpassen.

Der Hersteller haftet nicht, wenn nachstehende Hinweise nicht beachtet werden: Die Geräte sind für den Betrieb in Gebäuden konzipiert. Das Gerät erfüllt die Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit. Überschreitungen der in den Normen festgelegten Höchstwerte sind zu vermeiden. Wenden Sie sich bei Problemen an den Hersteller. An die Schnittstelle dürfen nur zugelassene Medizingeräte nach DIN EN 60601-1 angeschlossen werden.

Achtung: Dieses Gerät darf ohne Erlaubnis des Herstellers nicht verändert werden. Wird das Medizingerät verändert, müssen geeignete Untersuchungen und Prüfungen durchgeführt werden, um den weiteren sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

Vorsicht:
Die Waage unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der EMV und muss nach den in dieser Betriebsanleitung enthaltenen EMV-Hinweisen installiert und in Betrieb genommen werden. Tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen können bei zu geringem Abstand die Waage beeinflussen.

6 Fehlerbeschreibung und –behebung

6.1 Fehlermeldungen

Fehlercode	Beschreibung	Behebung
Err 5	Die Gewichtsmessung kann nicht abgeschlossen werden. Der Code wird angezeigt, bis der Fehler behoben ist.	Prüfen Sie, ob die Waage mit zu wenig Gewicht (weniger als 1 kg) oder zuviel Gewicht (mehr als 250 kg) belastet wurde. Drücken Sie die Reset-Taste bei unbelasteter Waage. Stellen Sie sicher, dass sich die zu wiegende Person während des Wägevorgangs nicht bewegt. Stellen Sie sicher, dass die Waage während des Wägevorgangs nicht bewegt wird.
Err 6	Die Waage kann nicht tariert werden. Der Code wird angezeigt, bis der Fehler behoben ist.	Stellen Sie sicher, dass die Waage während des Tarierens nicht bewegt wird. Drücken Sie die Reset-Taste bei unbelasteter Waage.
Err 13	Die Konvertierungseinheit arbeitet nicht ordnungsgemäß. Der Code wird angezeigt, bis der Fehler behoben ist.	Setzen sie sich mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung.
Err 81	Fehler während der Bluetooth®-Übertragung oder des Pairing-Vorgangs. Die Waage schaltet nach 5 Sekunden zur Gewichtsanzeige zurück.	Prüfen Sie, ob Sie den Bluetooth®-Empfang auf Ihrem Smartphone oder Home Gateway aktiviert haben, ob sich das Gerät in Reichweite der Waage befindet und ob die BodyTel Mobile-Anwendung gestartet ist. Wiederholen Sie den Pairing-Vorgang. Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Bluetooth®-Passwort (9676) auf Ihrem Smartphone oder Home Gateway eingegeben haben. Möglicherweise ist das verwendete Smartphone nicht mit der Waage kompatibel.

7 Wartung und Pflege

7.1 Reinigung

Zur Reinigung genügen ein feuchtes Tuch und handelsübliche Reinigungsmittel. Keine scheuernden Mittel verwenden. Verwendbare Desinfektionsmittel: Brennspiritus; Isopropanol; Kohrsolin 2 %; Wässrige Sokrena-Lösung 1 %; Sagrotan 5 %; Gigasept 5 %. Das Gerät und das Steckernetzteil dürfen nicht besprüht werden.

7.2 Störungen durch äußere Einflüsse

Dieses Gerät ist entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 2004/108/EC funkentstört. Unter extremen elektrostatischen sowie elektromagnetischen Einflüssen, z. B. beim Betreiben eines Funkgerätes oder Mobiltelefons in unmittelbarer Nähe des Gerätes, kann jedoch eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß benutzbar, evtl. ist ein Wiedereinschalten erforderlich. Im Wiederholungsfall kontaktieren Sie bitte den BodyTel-Support. Das Gerät ist ein Messinstrument. Luftzug, Vibrationen, schnelle Temperaturänderungen und Sonneneinstrahlung können zur Beeinflussung des Wägeergebnisses führen. Hohe Luftfeuchtigkeit, Dämpfe, aggressive Flüssigkeiten und starke Verschmutzung sind zu vermeiden.

7.3 Entsorgung

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten:
Die Waage enthält nach dem derzeitigen Wissensstand keine speziell umweltgefährdenden Stoffe. Dieses Produkt ist nicht als normaler Abfall zu behandeln, sondern muss an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder die Firma, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

7.4 Wartung

Die messtechnische Kontrolle wurde durch den Hersteller durchgeführt. Die Nacheichung ist entsprechend den nationalen Vorschriften durchzuführen. Reparaturen dürfen nur von einer durch BodyTel autorisierten Stelle unter Verwendung von Originalteilen durchgeführt werden.

8 Gewährleistung und Reparatur

8.1 Gewährleistung

1. Auf die Körperwaage gewährt die BodyTel Europe GmbH zwei Jahre Gewährleistung ab Kaufdatum. Das Kaufdatum ist durch die ordnungsgemäß ausgefüllte Gewährleistungskarte oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Gewährleistungszeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Gewährleistung tritt keine Verlängerung der Gewährleistungszeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Gewährleistung sind ausgeschlossen:
   a) alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, entstanden sind.
   b) Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
   c) Transportschäden auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an den Kundendienst.
   d) Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als Gewährleistungsfall anerkannt wird.
6. Unberechtigt abgeänderte Gewährleistungskarten sind ungültig.
7. Weitergehende Ansprüche, gleich aus welchen Gründen, sind ausgeschlossen. BodyTel Europe GmbH gibt keine Gewährleistung auf die mitgelieferten Batterien.

8.2 Reparatur

Bitte füllen Sie im Gewährleistungsfall die Gewährleistungskarte mit genauer Absender- und Fehlerangabe aus. Wenden Sie sich bitte an unsere Servicestelle (siehe Deckblatt), die Sie auch über die Versandmodalitäten informiert.

9 Technische Daten

9.1 Datenblatt

Messbereich	bis 250 kg
Betriebstemperatur	+10° C bis +40° C C (+50° F bis 104° F)
Lagertemperatur	-20° C bis +65° C (-4° F bis +149° F)
Anzeigebereich	bis 150 kg Ziffernschritt 50 g ab 150 kg Ziffernschritt 100 g
Anzeigeelemente	Flüssigkristallanzeige (LED) Statusleuchte (LED) Libelle zur Nivellierung
Bedienelemente	Taste für Bluetooth®-Pairing Tara-Funktionstaste
Datenübertragung	Bluetooth® Klasse I
Stromversorgung	Netzteil 9V/0,2A Netzbetrieb: 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
Abmessungen (B x T x H)	364 mm x 485 mm x 170 mm
Gewicht	12 kg

Technische Änderungen vorbehalten. (DEU)

9.2 Typenschild



⟷	Wägebereiche
Max	Höchstlast
Min	Mindestlast
e=	Eichwert (Ziffernschritt)
SNR	Seriennummer
III	Nr. der EG-Zulassung
0118	Amtl. Nr. Medizin
M	Zeichen für EG-Eichung
10°C / 40°C	Temperaturgrenzen
CE 11	EG-Konformitätszeichen mit Jahr der Anbringung, gleichzeitig Beginn der Eichgültigkeit (z.B. CE11)
0122	Amtl. Nr. Waagen

10 EMV-Leitlinien und Konformitätserklärung des Herstellers

Die EMV-Leitlinien sowie die Konformitätserklärung für die Waage mit der Typenbezeichnung MEDISCALE EICHFÄHIG (BodyTel Produktbezeichnung: WeightTel Pro) stellt Ihnen der Hersteller auf Anfrage gerne zur Verfügung. Diese können ebenfalls per Download bezogen werden.

Table of Contents

1. Functional elements 20

2. General 21

2.1. Foreword 21
2.2. Scope of delivery 21
2.3. CE-mark 21
2.4. Classification 21
2.5. Manufacturer's declaration 21

3. Introduction 23

3.1. General information on body weight 23
3.2. Purpose 23

4. Using WeightTel Pro 24

4.1. Connect the power supply 24
4.2. Set up your BodyTel user account 25
4.3. Installing BodyTel Mobile 26
4.4. Pairing WeightTel Pro 27
4.5. Positioning the WeightTel Pro scale 28
4.6. Weighing operation with WeightTel Pro 28
4.7. Transmitting data 29
4.8. Key to symbols 30

5. Important instructions 31

5.1. Safety measures 31

6. Troubleshooting 32

6.1 Error codes 32

7. Care and maintenance 33

7.1. Care 33
7.2. Interference 33

8. Warranty and repair 34

8.1. Warranty 34
8.2. Repair 34

9. Technical specifications 35

9.1. Specifications 35
9.2. Specification plate 36

10. EMV guidelines and declaration of Conformity by Manufacturer 37

1 Functional elements



1. Display with 15 mm letters
2. Large 485 x 364 mm nonslip platform
3. Bluetooth® interface
4. Socket for power supply (see Chapter 4.1)
5. Function key for Bluetooth® pairing and taring
6. Leveling indicator
7. Bluetooth® status LED

2 General

2.1 Foreword

The integrated auto feedback system allows you to perform a first-class and comfortable weight measurement.

Measured values can be transmitted automatically via compatible mobile phones (smartphones) or the Home Gateway to your personal online patient file at the BodyTel Center (www.bodytel.com).

Thank you for your confidence. Should you have any service or product questions please contact us via e-mail at support@bodytel.com or call the free BodyTel support at +800-BODYTEL (+800-0-2639835), Mo - Fry, 9am - 8pm.

2.2 Scope of delivery

1. WeightTel Pro scale
2. User manual
3. Power adapter
4. Warranty card

2.3 CE-mark

WeightTel Pro complies with the provisions of council directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/23/EC and 93/42/EWG (2007/47/EC). As proof of conformity the scale carries the CE mark.

2.4 Classification

WeightTel Pro is classified as follows:

- active medical device category I with measuring function
- the medical device is a type B application part
- electrical safety class II (insulated, no earth conductor connection)

2.5 Manufacturer's declaration

Manufacturer: Soehnle Professional GmbH & Co. KG
Manfred-von-Ardenne-Allee 12
D-71522 Backnang

Soehnle Professional GmbH & Co. KG declares that the product "MEDISCALE EICHFÄHIG", model number 7732, is in accordance with the relevant provisions of council directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/23/EC and 93/42/EWG (2007/47/EC).

Backnang, Mai 2012, Soehnle Professional GmbH & Co. KG

2 General

Note
BodyTel Europe GmbH markets MEDISCALE EICHFÄHIG under the name WeightTel Pro.

Measuring accuracy
WeightTel Pro measures with an accuracy of e=d=50/100g

Compatibility and costs
WeightTel Pro can only be used with compatible smartphones or the Home Gateway. A list of compatible devices can be found on www.bodytel.com. For transmitting measured values to your patient file an internet connection via LAN, WLAN or mobile internet is required. Please refer to your mobile phone provider for related costs.

3 Introduction

3.1 General information on body weight

- The term "body weight" is used to describe the mass of a human body and is measured in kilograms throughout most countries of the world.
- There is no consent among health professionals as to what a person's ideal weight should be.
- The World Health Organization (WHO) considers a person with a body mass index (BMI) below 18.5 as underweight. Underweight may lead to an insufficient supply of important nutrients such as proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals. Severely underweight individuals may have poor stamina and a weak immune system, making them prone to infectional diseases.
- The World Health Organization defines obesity as follows: pre-obese with a BMI of 25 to 29.9, obesity grade I with a BMI of 30 to 34.9, obesity grade II with a BMI of 35 to 39.9, obesity class III with a BMI of 40 or higher. A raised BMI is linked to an increased risk of cardiovascular diseases, diabetes, musculoskeletal disorders and some cancers. Regular physical activity and healthier food choices (e. g. a limited intake of fats and carbohydrates) can help reduce obesity.
- Regular weight measurement can help you control your weight and achieve a healthier lifestyle.
- If you are in care because of your weight share your online patient file with your physician or take a print-out of the file with you. This will give your physician a detailed overview of your weight changes to support your therapy.

3.2 Purpose

WeightTel Pro is designed for weighing patients and intended for environments subject to calibration regulations. The product is also aimed on individuals requiring a high degree of measurement accuracy.

4.1 Connect the power supply

Before taking first measurements with WeightTel Pro please connect the power supply to the back side of the scale.

Fig. 1: Connect the power supply to the back side of the scale.

After powering up the scale will show the calibration count for approx. 2 seconds. The calibration reading shows how often the scale has been calibrated. The value must match the calibration meter plate secured with an adhesive label.

Fig. 2: The calibration meter shows how often the scale has been calibrated.

Note: To immediately transmit measured values to your online patient file activate your smartphone's or Home Gateway's Bluetooth® interface and start the BodyTel Mobile application. Please keep the phone close to the WeightTel Pro within a maximum range of 10 meters.

Should you require assistance please contact the free support hotline: +800-BODYTEL (+800-0-2639835), Mo - Fry, 9am - 8pm.

4 Using WeightTel Pro

4.2 Set up your BodyTel user account

To benefit from all the features of your new BodyTel telemedicine device please register for an user account at www.bodytel.com. This will enable you to automatically transmit weight measures from your WeightTel Pro scale to your personal online patient file. Setting up is simple and free of charge. In order to register you will need:

1. ***A computer with an active internet connection***
2. ***Your e-mail address***

Step by Step instructions:

1. Open your internet browser and enter the following URL into the address field: http://www.bodytel.com
2. Click on the "Create account" link, located in the upper right corner of the page.
3. In the following window enter your e-mail address into the corresponding field. Click on "Register".
4. You will receive an e-mail confirmation to the specified address. This may take several minutes.
5. Open the e-mail sent from the address "server@bodytel.com" with the subject line "E-Mail-Bestätigungs-Anfrage von www.bodytel.com".

Attention! Please check whether your e-mail client has moved the confirmation e-mail to the spam or junk mail folder. Should you have not received a confirmation e-mail within 30 Minutes after registering please repeat steps 1 through 5. Please contact our free service hotline at +800-BODYTEL (+800-0-2639835), Mo - Fry, 9am - 8pm, if the problem persists.

6. Click on the link beginning with "https://secure.bodytel.com/de/optinconfirm/".
7. A page will open in your browser reading "Welcome to the first visit to your BodyTel center". Please read and accept the "Terms of Service" and the "Privacy Policy" by checking the appropriate boxes. Click on "Next step".
8. Please fill out the required fields (sex, first name, last name) and choose a password. Click on "Next step".
9. Fill out the remaining fields and click on "Next step".
10. Choose your desired measurement units. The default settings should be: metric system, mg/dl, BE, 24 h, European.
11. Step 5 shows a summary of the data you have entered. Please check whether all details are correct and complete the registration procedure by clicking on "Done".
12. Your data has been saved and you will reach the personal front page "My BodyTel". This page is also displayed after you login at http://www.bodytel.com.

4.3 Installing BodyTel Mobile

Activate Bluetooth® on your mobile phone (smartphone) or Home Gateway and make sure visibility is set to "visible to all". There are two different ways to download the BodyTel Mobile application:

Option 1:

1. Open the internet browser on your mobile phone or Home Gateway and enter the following URL: http://mobile.bodytel.com.
2. On the BodyTel download page please choose your language by clicking on the respective link.
3. Please read and accept BodyTel's "Privacy Statement" and the "Business Terms" by checking the boxes. Click on "Send".
4. Please choose the version of the software compatible with your device.
5. The BodyTel Mobile software will now be downloaded. Please follow the instructions on your mobile phone or Home Gateway to install the software.

Option 2:

Download the software from the official Google Play Store. Please follow the instructions on your mobile phone or Home Gateway to install the software.

For further information please visit the BodyTel knowledge base at:
http://www.bodytel-knowledgebase.com/DE. (Only german language)

4 Using WeightTel Pro

4.4 Pairing WeightTel Pro

1. Please start the BodyTel Mobile application on your mobile phone (smartphone) or Home Gateway.
2. Enter your BodyTel user account data.
3. When starting the software for the first time the application will ask you whether you would like to pair a device now. Please confirm with "Yes".
4. Choose WeightTel Pro from the device list.

Note: Your mobile phone or Home Gateway should be in close proximity to the WeightTel Pro scale because the scale will always attempt to pair with the device sending the strongest Bluetooth® signal. Make sure that no other Bluetooth® enabled devices (mobile phones, computers, etc.) are close to the WeightTel Pro while pairing.



5. Press the pairing key located at the bottom side of the scale's display (see picture) until the display shows the word "COP". At the same time the Bluetooth® status LED will start flashing. The scale will now try to pair with the device sending the strongest Bluetooth® signal. The process is complete when the status LED is constantly on.

Note: If you press the pairing key during the pairing process the process will be terminated. To start over please repeat step 5.

6. Check your mobile phone or Home Gateway and confirm all connection requests.
7. Enter the Bluetooth® password "**9676**". On successful connection the status LED on the scale will flash twice and the display will show "PAI".

4.5 Positioning the WeightTel Pro scale

Please note the following instructions regarding the correct positioning of the WeightTel Pro scale before you proceed with the first measurements:

- The scale has to be placed on a flat, firm (uncarpeted) and non-slippery surface (check Fig. 3).
- The scale cannot perform correct measurements if it is not completely level. Use the level indicator attached to the scale to align WeightTel Pro.



4.6 Weighing operation with WeightTel Pro

Note: Please read the introductory remarks concerning body weight and reduction in Chapter 3 "Introduction".

Taring

The function key on the bottom of the display resets the scale to zero. After pressing shortly the key the display shows "0.0 kg" and the scale is ready to use.



Fig. 4: The taring key (marked).

4 Using WeightTel Pro

Weighing procedure
Place both feet firmly on the weighing platform. Hold your position until a weight is shown in the display. If you leave the platform before the measurement is completed WeightTel Pro will automatically shut down.
If you want to transmit measured data into your online patient file at www.bodytel.de please remain on the scale after the weight has been displayed. Please follow the instructions given in Chapter 4.8 "Transmitting data". Should you not wish to transmit data leave the weighing platform. The scale will shut down automatically after approx.
15 seconds.

4.7 Transmitting data

During transmission the measurements will be transmitted to your online patient file at http://www.bodytel.com.

If data is transmitted the blue Bluetooth® status LED will start flashing. Upon completion, the LED will be activated constantly for 5 seconds. After that the scale will display "0,0 kg". In case of a transmission failure the LED will turn off and the scale will display an error code (see chapter 6 "Troubleshooting") for 10 seconds.

Note: To transmit data the BodyTel Mobile software must be open and Bluetooth® must be activated on your smartphone or Home Gateway.

4.8 Key to symbols

Display	*LED*	*Operation/Situation*
Bluetooth® pairing:		
COP	rapid flashes	Bluetooth® pairing attempt
PAI	on	Strongest Bluetooth® device found
PAI	2 rapid flashes	Bluetooth® pairing successful
Weight Measurement:		
Digits without unit (kg/lb)	off	Weight measurement initiated
Digits + unit (kg/lb)	off	Weight measurement complete
Bluetooth® data transmission:		
Digits + unit (kg/lb)	slow flashes	Bluetooth® data transmission initiated
Digits + unit (kg/lb)	on	Bluetooth® data transmission successful
Alternating "rEtrY" and "1"	slow flashes	1st retry of Bluetooth® data transmission
Alternating "rEtrY" und "2"	slow flashes	2nd retry of Bluetooth® data transmission
noPAI	off	Data transmission failure, no pairing device found
Errors:		
"Err" + error code	off	See chapter 6 "Troubleshooting"
lo	off	Replace batteries (see chapter 4.2)
overload	off	The maximum load (220 kg) is exceeded.

5 Important instructions

5.1 Safety measures

Please note:
Before using the equipment for the first time please read the user manual carefully. It contains important information concerning the installation, correct use and maintenance of the equipment.

- The scale is not designed to be used in critical environments (CT, defibrillators).
- The scale must not be used in potentially explosive areas.
- Ensure that the scale can easily be disconnected from the mains (socket is accessible).
- The scale must not get wet from underneath.
- To move the scale lift the device. Do not drag the scale along the ground. After moving check leveling and adjust if necessary.

The manufacturer shall not be held liable if the following instructions are not observed: The equipment is designed for use in buildings. The equipment complies with electromagnetic compatibility requirements. Do not exceed the maximum values specified in the standards. If you have any problems contact the BodyTel support. Only 60601-1 approved medical equipment may be connected to the interface.

Warning: This device must not be changed without the manufacturer's permission. If the medical device is changed suitable tests and checks must be performed to ensure safe operation.

Caution:
The scale is subject to special precautionary measures regarding EMC and must be installed and put in operation according to the EMC instructions in the accompanying papers. Portable and mobile HF communications equipment can affect the scales if brought into close proximity.

6 Troubleshooting

6.1 Error Codes

Error code	Description	Solution
Err 5	The weighing process cannot be completed. The error code will be displayed as long as the malfunction persists.	Please check whether you have applied to little (less than 1 kg) or too much weight (more than 250 kg) to the scale. Press the reset button with no load. Please make sure that the person on the weighing platform does not move. Please do not move the scale during the weighing procedure.
Err 6	Taring cannot be performed. The error code will be displayed as long as the malfunction persists.	Please do not move the scale during the taring procedure. Press the reset button with no load.
Err 13	The converter is not working. The error code will be displayed as long as the malfunction persists.	Please contact your vendor.
Err 81	Error during Bluetooth® transmission or pairing. After 5 seconds the scale will switch back to the weight display.	Please check whether a Bluetooth® device is in reach. Start the BodyTel Mobile app on your smartphone or Home Gateway and check whether Bluetooth® connection is enabled. Retry the pairing procedure. Please check whether you have entered the correct Bluetooth® password (9676) on your smartphone or Home Gateway. Your smartphone may be incompatible with WeightTel Pro.

7 Care and maintenance

7.1 Care

The device may be cleaned with a damp cloth and regular cleaning products. Do not use any abrasive products. Disinfectants to be used: methylated spirit; isopropanol; 2% Kohrsolin; 1% aqueous Sokrena solution; 5% Sagrotan; 5% Gigasept. Do not spray directly on the device or the power adapter.

7.2 Interference

In accordance with European directive 2004/108/EC this device is interference suppressed. However, the display reading can be affected by extreme electrostatic or electromagnetic interference, e .g. using a radio or mobile phone in the immediate vicinity of the equipment. Once the interference stops the product may revert to normal operation. It may be necessary to restart the scale. If the error persists contact your vendor or the BodyTel support. This device is a measuring instrument. Draft, vibrations, rapid temperature changes and direct exposure to sunlight may affect the reading. Avoid high air humidity levels, steam, abrasive fluids and contamination.

Disposal of used electrical and electronic appliances
According to our present knowledge the scale contains no environmentally harmful substances. This product is not to be treated as regular household waste, but should be handed in to an electrical/ electronic equipment recycling center. You can obtain further details from your local council, your municipal waste disposal company or the company from which you purchased the product.

Maintenance
A metrological check has been performed by the manufacturer. Re-calibration must be carried out in accordance with national regulations. Repairs must only be carried out by an authorized shop using original parts.

8 Warranty and repair

8.1 Warranty

1. BodyTel Europe GmbH grants a warranty of two years from date of sale. Proof of purchase must be supplied in the form of a correctly completed warranty card or a receipt.
2. Defects due to faulty material or workmanship will be repaired free of charge during the warranty period.
3. The warranty period is not extended as a result of warranty services being provided, either for the device as a whole or for any components.
4. The warranty excludes
    a. any damage caused by improper use, e.g. by failure to observe the operating instructions.
    b. damage caused by maintenance or interventions carried out by the purchaser or unauthorized third parties.
    c. damage resulting from transport, either from the manufacturer to the customer, or on the way to customer services.
    d. component parts subject to normal wear and tear.
5. Liability is excluded for direct or indirect damage caused by the device even if the damage to the device falls within the terms of the warranty.
6. Unauthorized modification of the warranty card invalidates it.
7. Further claims for whatever reason are excluded.

BodyTel Europe GmbH does not warrant the batteries supplied.

8.2 Repair

In the case of a warranted repair please complete the warranty card, giving precise details of the sender and the defect. Please contact our service department (see front cover) for shipping details.

9 Technical specifications

9.1 Specifications

Measuring range	to 250 kg
Operating temperature	+10° C bis +40° C C (+50° F bis 104° F)
Storage temperature	-20° C bis +65° C (-4° F bis +149° F)
Humidity	20% relative humidity
	85% relative humidity non-condensing
Indicating range	up to 150 kg 50 g steps
	more than 150 kg 100 g steps
Display elements	Display (LED)
	Status LED
	Leveling indicator
Operating elements	Bluetooth® pairing key
	Taring key
Data transmission	Bluetooth® Class I
Power supply	Power adapter 9V/0,2A;
	100 - 240 V; 50 - 60 Hz
Unit dimensions (W x D x H)	364 mm x 485 mm x 170 mm
Unit weight	12 kg

Subject to technical modifications (DEU)

9 Technical specifications

9.2 Specification plate



⟷	weighing range
Max	maximum weight
Min	minimum weight
e=	accuracy / indicating steps
SNR	serial number
(III)	precision class
0118	code number of the initial calibration office
M	EU calibration symbol
10°C / 40°C	temperature range
CE 11	EU conformity symbol with year of application, start of calibration validity
0122	official No. scales

10 EMV guidelines and Declaration of Conformity by Manufacturer

The EMV guidelines and declaration of conformity for the MEDISCALE EICHFÄHIG scale (BodyTel product: WeightTel Pro) are provided by the manufacturer on request and are also available for download on the website.

Rev. 19.06.2012

BWTDS000003/2012-06-19